

专家签到表

采购单位	襄阳市襄州区人民医院		项目名称	方舱 CT 移机项目
论证地点	影像中心		论证时间	2023 年 11 月 14 日
工作内容			单一来源论证会	
序号	姓名	工作单位	职务/职称	联系电话
1	王斌	襄州区人民医院	副主任医师	15997318918
2	付文	襄州区人民医院	副主任医师	15971050636
3	王树国	襄州区人民医院	中级电子师	13986320385
4				
5				
6				

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目名称：襄阳市襄州区人民医院方舱 CT 移机项目			
专业人员信息	姓名：	[Handwritten Signature]	
	职称：	副主任医师	
	工作单位：	襄州人民医院	
专业人员论证意见	<p>1) 该方舱CT已安装3年，并每年大修X线射线装置，移机后不影响整机安全以及后续正常使用。含硬件的软件，因此需要更换中心制机器的，原厂为佳。</p> <p>2) 我院之前曾经有过第三方移机经验教训，移机后因环境改变有可能会出现一些不可预见的问题干扰设备使用，影响该设备的正常使用。</p> <p>3) 根据中华人民共和国国务院的《计量法》、《计量法实施细则》等法律法规，可以引用单一来源采购。</p> <p>因此，建议襄州人民医院方舱CT移机项目从原厂购买此设备。</p>		
专业人员签字	[Handwritten Signature]	日期	2023.11.14

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目名称：襄阳市襄州区人民医院方舱 CT 移机项目			
专业人员信息	姓名：	/ 杨俊	
	职称：	副主任医师	
	工作单位：	襄州区人民医院	
专业人员论证意见	<p>· 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定：‘符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式：（一）只能从唯一供应商处采购的。可以依法采用单一来源方式。CT属高精度仪器，对安装、调试、保养要求较高。因此，建议襄州区人民医院方舱CT移机项目选择原厂购买比照着。</p>		
专业人员签字	/ 杨俊	日期	

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目名称：襄阳市襄州区人民医院方舱 CT 移机项目			
专业人员信息	姓名：	姚州同奇	
	职称：	中级电子工程师	
	工作单位：	襄州区人民医院	
专业人员论证意见	<p>1> 该方舱CT属大型贵重设备，内含精密元器件，移机有重大风险。前期安装和维修一直都是原厂（上海联影）派工来完成的。根据该公司的声明：尚未对任何第三方公司提供设备的维护和拆装培训。本次移机可能涉及拆机、装机、接电及调试等相关工作进行。为了保证移机后的正常运行，以及遵守相关法律法规事宜。</p> <p style="text-align: center;">拟建议采用原厂提供的移机服务。</p>		
专业人员签字	姚州同奇	日期	2023.11.14

单一来源采购专家论证意见表


项目名称：襄阳市襄州区人民医院方舱 CT 移机项目

项目单位：襄阳市襄州区人民医院

专家论证意见

1. CT设备性能优良，对设备、调试、维护等
报高。
2. 根据《中华人民共和国内政部令》第31号规
定，符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法
采用单一来源方式。
因此，建议襄州区人民医院方舱CT移机项目
选择原厂的产品及服务。

专家签字：



签字日期：

2023. 11. 14